

Sukladno članku 291. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), članku 24. Pravilnika o DON-u te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine" broj 65/2017).

NARUČITELJ: "THALASSOTHERAPIA" OPATIJA
Ulica maršala Tita 188/1
51410 Opatija

ZAPISNIK O PONOVNOM PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Radi ponovnog pregleda, ocjenjivanja i usporedbe ponuda prispjelih u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu ultrazvučnog aparata, a sukladno rješenju Državne komisije (KLASA: UP/II-034-02/21-01/630, URBRROJ: 354-01/21-9) objavljeno 12.08.2021. kojim je poništena odluka o odabiru te je predmet vraćen naručitelju na ponovno postupanje.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: EMV: 6/21

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2021/S-0F2-0021067 slanje 31.05.2021.

Datum zaprimljene žalbe kod naručitelja 08.07.2021.

Odgovor naručitelja na žalbu 13.07.2021.

Rješenje Državne komisije (KLASA: UP/II-034-02/21-01/630, URBRROJ: 354-01/21-9) objavljeno 12.08.2021. kojim se poništava odluka o odabiru naručitelja te se predmet vraća naručitelju na ponovno postupanje.

Nazočni ovlašteni predstavnici Naručitelja: mr.sc. Adriana Prunk Drmić, dr.med., Dean Frlan, dipl.oec. i Suzana Žiganto, mag.oec. ovlaštena osoba sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave sastali su se 30.08.2021. u 08:00 sati.

Zapisnik vodi: Suzana Žiganto

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 597.600,00 bez PDV-a.

Sve ponude su pristigle u elektroničkom obliku putem EOJN, odnosno nije bilo dijelova ponude koji se dostavljaju odvojeno od elektronički dostavljenih ponuda.

Početak ponovnog pregleda i ocjene ponuda 30.08.2021. u 08:00 sati.

Prema utvrđenju iz Zapisnika o otvaranju ponuda, u predmetnom je postupku do krajnjeg roka 23.06.2021. do 12:00 sati, zaprimljene su 2 ponude i to:

| Gospodarski subjekt | Vrijeme zaprimanja | Oznaka – predmet | Oznaka koju je dodijelio GS | Vrsta unosa |
|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| Arbor Medical d.o.o. | 21.6.2021. 16:01:09 | 6/21 | 9/2021 | |
| Eksa Grupa d.o.o. | 23.6.2021. 9:40:58 | 6/21 | MR-15/2021 | |

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENOG I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE:

Naručitelj dokumentacijom o nabavi nije tražio dostavu jamstva za ozbiljnost ponude.

1. ANALITIČKI PRIKAZ KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA (DOKAZAO SPOSOBNOST DANE)

| 1. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA IZ POSTUPKA JAVNE NABAVE (članak 251., stavak 1, ZJN2016) | 1. Arbor Medical d.o.o. | 2. Eksa Grupa d.o.o. |
|---|-------------------------|----------------------|
| <p>Naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:</p> <p>1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:</p> <p>a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju</p> <p>– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona</p> <p>– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)</p> <p>b) korupciju, na temelju</p> <p>– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona</p> <p>– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)</p> <p>c) prijevazu, na temelju</p> <p>– članka 236. (prijevaz), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevaz) Kaznenog zakona</p> <p>– članka 224. (prijevaz), članka 293. (prijevaz u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01.,</p> | | |

| | | | |
|---|--|-----------|------------------------------|
| <p>111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)</p> <p>d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju</p> <ul style="list-style-type: none"> – članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona – članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju <ul style="list-style-type: none"> – članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.) f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju <ul style="list-style-type: none"> – članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona – članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), ili <p>2. ako utvrdi da gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. Stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.</p> | <p>Naručitelj obavezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave (članak 252., st.1. ZJN2016) ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. | Da/e-ESPD | Da/e-ESPD, dostavio u ponudi |
|---|--|-----------|------------------------------|

Za potrebe utvrđivanja odsutnosti za isključenjem ponuditelji su dostavili Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi u elektroničkom obliku. Naručitelj je temeljem istih ocijenio da ne postoje osnove za isključenje ponuditelja.

2. PROVJERA ISPUNJENJA KRITERIJA ZA ODABIR PONUDITELJA (UVJETI SPOSOBNOSTI):

| 1. POSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI | 1. Arbor Medical d.o.o. | 2. Eksa Grupa d.o.o. |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <p>- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana</p> | Da/e-ESPD | Da/e-ESPD, dostavio u ponudi |
| <p>2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST</p> <p>- Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis glavnih isporuka robe sadržava vrijednost robe (bez PDV-a), datum te naziv druge ugovorne strane. Ako je gospodarski subjekt izvršio više pojedinačnih isporuka, zbrojena vrijednost istih mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, za grupu za koju podnosi ponudu.</p> <p>- Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a posebno onima odgovornim za kontrolu kvalitete Sukladno članku 268. stavku 1. točki 4. ZJN 2016 gospodarski subjekti trebaju imati na raspolaganju za potrebe izvršenja ugovora najmanje dvije osobe za poslove servisiranja opreme koja je predmet ove nabave.</p> <p>1. Izjava o angažiranim tehničkim stručnjacima koju daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta, a koja sadrži sljedeće podatke: kontakt i radno vrijeme ovlaštenog servisa, imena i prezimena tehničkih stručnjaka koji će sudjelovati i biti odgovorni za postavljanje, instalaciju i servisiranje uređaja koji je predmet nabave te njihove kontakt podatke (broj telefona i e-mail adresu) sukladno članku 268. stavku 1., točki 4. Zakona o javnoj nabavi, kao i popis imena i odgovarajuće stručne kvalifikacije osoba koje će biti odgovorne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe koji uključuje poslove postavljanja i instaliranje uređaja sukladno članku 49. Zakona o javnoj nabavi. Dostavljenim dokazom ponuditelj treba nedvojbeno dokazati da raspolaze s najmanje jednom osobom za poslove servisiranja opreme koja je predmet ove nabave.</p> <p>2. Osposobljenost serviser dokazuje se certifikatom ili jednakovrijednim dokazom proizvođača opreme iz kojeg je vidljivo da imenovani serviser ima potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova serviser za istu ili sličnu opremu.</p> <p>- Za ponudeni uređaj – (uz e ponudu), priložiti kataloge ili prospekt proizvoda, a ukoliko svi podaci nisu sadržani i vidljivi u katalogu, potrebno je priložiti Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU da ponudeni proizvod u potpunosti zadovoljava pojedinu tehničku specifikaciju. Katalog/prospekt i Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika može biti, osim na hrvatskom jeziku,</p> | Da/e-ESPD | Da/e-ESPD, dostavio u ponudi |
| | Da/e-ESPD, dostavio u ponudi | Da/e-ESPD, dostavio u ponudi |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| | <p>dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprimе pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijewe dijelova kataloga ovjerene od strane ovlaštenog sudskog tumača.</p> <p>Ponuditelj je dužan na dostavljenim prospektima, katalogima ili sličnim dokumentima podcrtati i označiti rednim brojem, svaku tehničku karakteristiku, koja je specificirana u sklopu Troškovnika iz ove dokumentacije o nabavi.</p> | | |
| | <p>- Gospodarski subjekt mora posjedovati Potvrdu o sukladnosti (eng. EC-Certificate) za ponuđeni uređaj kojom prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je dobio identifikacijski broj Europske komisije jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) ili propisima Europske unije.</p> | <p>Da/e-ESPD</p> | <p>Da/e-ESPD, dostavio u ponudi</p> |

Za potrebe utvrđivanja ispunjenja kriterija za odabir ponuditelja (uvjeta sposobnosti) ponuditelji su dostavili Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi u elektroničkom obliku. Naručitelj je temeljem istih ocijenio da su ponuditelji zadovoljili kriterije za odabir ponuditelja (uvjeti sposobnosti).

PRIKAZ VALJANOSTI PONUDA PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI:

| R BR | PONUĐITELJ OPIS ZAHTEJEVA | 1. Arbor Medical d.o.o. | 2. Eksa Grupa d.o.o. |
|------|---|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Sadržaj i oblik ponude | + | + |
| 2. | Sve ponude su poslate elektroničkim putem. | + | + |
| 3. | Popunjen Ponudbeni list | + | + |
| 4. | Ispunjen e-ESPD obrazac sukladno Zakonu | + | + |
| 5. | Popunjeni troškovnik sukladno Dokumentaciji | + | + |
| 6. | Ispunjene i potpisane ponuditelja iz priloga 2 | + | + |
| 7. | Ispunjen obrazac 3: dodatne tehničke karakteristike | + | + |
| 8. | Jezik ponude:Hrvatski | + | + |
| 9. | Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda, ili očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13). | + | +, dostavio uz ponudu |
| 10. | Rok valjanosti ponude naveden i sukladan dokumentaciji | +, 90 dana DA | +, 95 dana DA |
| | Valjana ponuda D/NE | | |

ANALIZA PONUDA VEZANO UZ ISPUNJENJE ZAHTEJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA:

Temeljem ESPD obrasca ponuditelji preliminarno zadovoljavaju uvjete vezane za ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije.

PODATCI O POJAŠNJENJU ILI UPOTPUNJAVANJU INFORMACIJA ILI DOKUMENTACIJE:

Sukladno rješenju Državne komisije (KLASA: UP/II-034-02/21-01/630, URBROJ: 354-01/21-9), objava 12.08.2021. u kojem poništava Odluku o odabiru i vraća se predmet na ponovno postupanje, naručitelj dana 31.08.2021. traži, sukladno čl. 293. st. 1 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) upotpunjavanje ponuda ponuditelja Arbor Medical d.o.o. i Eksa Grupa d.o.o. i to da sukladno točki 4.2.3. dokumentacije o nabavi u svrhu evaluacije tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta da za ponudeni uređaj prilože kataloge ili prospekti proizvoda, a ukoliko svi podaci nisu sadržani i vidljivi u katalogima, potrebno je priložiti Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU da

ponudeni proizvod u potpunosti zadovoljava pojedinu tehničku specifikaciju (u kojoj su navedene točne vrijednosti i/ili tehničke specifikacije koje su propisane, te koja je formalno i sadržajno usklađena kako je propisano u DON.)

Katalog/prospekt i Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprimе pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga oviјerene od strane ovlaštenog sudskog tumača. Ponuditelj je dužan na dostavljenim prospektima, katalogima ili sličnim dokumentima podcrtati i označiti rednim brojem, svaku tehničku karakteristiku, koja je specificirana u sklopu Troškovnika iz ove dokumentacije o nabavi. Traženo moraju dostaviti do 07.09.2021. godine putem EOJN RH (prilog 3).

Ponuditelj Arbor Medical d.o.o. je 02.09.2021. putem EOJN RH dostavio katalog i Izjavu proizvođača Philips Medical Systems (prilog 4).

Ponuditelj Eksa Grupa d.o.o. 06.09.2021. zatražio je produženje roka za upotpunjavanje ponude za 5 dana (prilog 5). Naručitelj je produžio rok za dostavu upotpunjavanja ponude do 13.09.2021. g. (prilog 6).

Ponuditelj Eksa Grupa d.o.o. je 13.09.2021. putem EOJN RH dostavio Izjavu proizvođača Canon Medical Systems Europe B.V. i katalog (prilog 7).

Stručno povjerenstvo - pregled dostavljenih ponuda

| Redni Broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | EKSA GRUPA d.o.o. (Canon) | ARBOR MEDICAL d.o.o. (Philips) | napomena |
|------------|--|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1. | Opće karakteristike | | | |
| 1.1. | Aplikacije: abdomen, vaskularni sustav (periferija, cerebrovaskularni sistem, abdominalni vaskularni pregledi, TCD), ehokardiografija, mali organi (dojka, štitnjača i superficialni organi), muskuloskeletni sustav. | Izjava | Katalog+izjava | |
| 1.2. | Zaslon ravni LCD dijagonale najmanje 58 cm (23"). Kontrast min. 1.000:1, kut gledanja min. ±178° lateralno i po visini. Fleksibilno namještanje monitora, monitor na pokretnoj ruci podesiv po visini, nagibu (min. +90°-60°) i rotaciji lateralno (min. ±150°) neovisno o upravljačkoj ploči. | Kombinacija kataloga i izjave | Kombinacija kataloga i izjave | |
| 1.3. | Ekrani u boji osjetljiv na dodir min. veličine 12". Istovremeni prikaz žive ultrazvučne slike na monitoru i na ekranu osjetljivom na dodir kao i mogućnost prikaza u stvarnom vremenu 2D, Color Doppler i Pw Doppler (tzv. triplex mod) na ekranu osjetljivom na dodir. | Izjava+katalog (djelomično) | Izjava+katalog | |

| | | | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|---|
| 1.4. | Mogućnost rotiranja upravljačke ploče min. $\pm 30^\circ$ ulijevo i udesno u odnosu na centralnu poziciju. | Izjava | Izjava+katalog | |
| 1.5. | Integrirana alfanumerička tipkovnica na izvlačenje za unos podataka i pisanje sa pozadinskim osvetljenjem. | Izjava | Izjava | |
| 1.6. | Programibilne tipke za funkcije i komande na ekranu osjetljivom na dodir prema potrebama korisnika. | Izjava | Izjava+katalog | |
| 1.7. | Zaključavanje/otključavanje/poravnavanje kotača pritiskom/otpuštanjem centralne pedale kočnice. | Izjava(ima na slici) | Izjava+katalog | |
| 1.8. | Min. 4 aktivna bez-pinska priključka za slikovne sonde. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.9. | Podržava: konveksne, mikrokonveksne, linearne, mehaničke i elektronske volumetrijske (konveksne i linearne), sektorske ultrazvučne sonde. | Izjava | Izjava+katalog(djelomično) | |
| 1.10. | Podržava frekvencijski raspon sondi minimalno od 1 – 18 MHz. | Izjava(vidi se u popisu sondi u katalogu(str 11)) | Izjava+katalog | |
| 1.11. | TGC kontrola na touch screen-u i na upravljačkoj ploči (min.8). | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.12. | Min. dinamički opseg uređaja: 320 dB. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.13. | Podržava procesiranje min 7.000.000 digitalnih kanala. | Izjava | Izjava+katalog - tražiti pojašnjenje | Uvidom u dostavljeni katalog ustanovili smo da ponuđeni uređaj ne nudi X-matриčnu konfiguraciju koju navodite u katalogu na stranici br. 5 točka 1.13. označeno 7.071.744 digitalnih kanala, već uvidom u stranice kataloga br. 22, 24, 27 i 28 točke 1.48, 1.49 i 1.50 uvidjeli smo da nudite ne matриčne sonde te to dovodi do dileme da li ćemo dobiti uređaj koji ima X-matриčnu konfiguraciju ili ne? Molimo Vas pojašnjenje. |
| 1.14. | Mogućnost spremanja slika i podataka na vanjski HDD ili na vanjsku solidnu memoriju putem USB-a. 3.0 sa programom za bazu podataka. | Izjava+katalog | Izjava+katalog(djelomično) | |
| 1.15. | Ukupna memorija uređaja min. kapaciteta 500 GB | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.16. | Format za izvoz slika: DICOM, i jedan od slikovnih formata (BMP ili JPEG ili PNG). | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| 1.17. | Format za izvoz video klipova: MP4 ili AVI ili WMV | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.18. | Obvezne vrste prikaza u UTZ dijagnostici : 2D način rada, M-mode način rada, M-mode s color Doppler načinom rada, anatomski M-mode način rada, THI s inverzijom pulsa, Color Doppler, Power Doppler, direkcijski Power Doppler, Spectral PW Doppler, HPRF, PW Duplex, PW Triplex | Izjava+katalog(djelomično) | Izjava+katalog(djelomično) | |
| 1.19. | Neovisna kontrola pojačanja za 2D, Power Doppler, M-mode, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler na pristupnim tipkama svakog pojedinačnog načina rada. | Izjava | Izjava | |
| 1.20. | Prikaz ultrazvučne slike na cijelom ekranu ("full screen") u stvarnom vremenu u min. rezoluciji 1920 x 1080 piksela. | Izjava | Izjava+katalog | |
| 1.21. | Dual image (dvojni prikaz slike). Mješoviti način rada gdje je jedna slika smrznuta, dok je druga aktivna u kombinacijama 2D/2D, 2D/Color Doppler, Color Doppler/Color Doppler, Color Doppler/Power Doppler. | Izjava | Izjava+katalog | |
| 1.22. | „Compound imaging“ tehnologija s min. 9 akvizicijskih slika, simultani rad s THI, volumnim načinima rada, panoramskim snimanjem, tokom 2D proširenog prikaza i dupleks Dopplera | Izjava | Izjava+katalog | |
| 1.23. | Duplex Imaging (simultani prikaz 2D + Doppler) / tripleks prikaz (simultani prikaz 2D + Doppler + boja). | Izjava | Izjava+katalog | |
| 1.24. | Algoritam za smanjenje šuma i poboljšanje definicije granica. Dostupan na svim silkovnim sondama i svim načinima rada. Mogućnost redukcije šuma u min. 5 nivoa. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.25. | Dubina prikaza slike min. 1 - 40 cm. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.26. | Stepenasto podešavanje dubine i širine polja fokusa. | Izjava+katalog | Izjava | |
| 1.27. | U 2D i 2D/Doppler miješanim načinima rada min. brzina osvježavanja 1100 sličica u sekundi. | Izjava | Izjava+katalog | |
| 1.28. | Zoom na živoj ili zamrznutoj slici min. 16x: zoom visoke definicije koji koncentrira svu procesorsku snagu u površinu regije interesa | Izjava | Izjava+katalog | |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------------------|--|
| 1.29. | Panoramski način rada. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.30. | Softwera za vizualizaciju igle. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.31. | Mogućnost automatske korekcije tkivne aberacije u penetracijskim modovima rada uređaja. | Izjava+katalog | Izjava | |
| 1.32. | Automatska optimizacija slike (pojačanje i TGC) u 2D načinu rada, automatska optimizacija slike u Doppler modovima rada dodirnom na jednu tipku na svim slikovnim sondama | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.33. | Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja („gain“) i TGC u stvarnom vremenu u 2D, M-mode i 3D načinima rada (podešavanje svake sličice pojedinačno) za postizanje optimalne svjetline tkiva. | Izjava | Izjava+katalog | |
| 1.34. | Podešavanje pozicije i kuta prozora prikaza („color box“) u Color Doppler načinu rada; automatsko podešavanje pozicije i kuta prozora uzorkovanja u PW Doppler načinu rada. | Izjava | Izjava | |
| 1.35. | Doppler načini rada: - U PW modu veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm - U PW modu prikaz brzina min. 10 - 650 cm/s - U Color Doppler modu vrijednost mjernog područja brzina min. ±300 cm/s - U Color Doppler modu mogućnost promjene kuta regije interesa u min. 3 koraka na linearnim sondama. | Izjava | Izjava | |
| 1.36. | Automatsko Dopplersko izračunavanje u stvarnom vremenu i na zamrznutoj slici (min. PS, ED, PS/ED, Pl, RI). | Izjava(ima u katalogu ali nije označeno) | Izjava+katalog | |
| 1.37. | Program za mikrovaskularno oslikavanje. Ne priznaje se power doppler. | Izjava(ima u katalogu ali nije označeno) | Izjava+katalog | |
| 1.38. | Program za automatsko mjerenje IMT. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.39. | U pregledu snimaka mogućnost postprocesinga - 2D pojačanje, dinamički raspon/kompresija, zoom. | Izjava | Izjava+katalog(djelomično) | |
| 1.40. | Ugrađen DICOM („Modality Worklist, Storage commitment, MPPS, Query/Retrieve, Reporting“), žično i bežično spajanje. | Izjava+katalog | Izjava+katalog(djelomično) | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 1.41. | Integrirani univerzalni strujni adapter 100-240 VAC, 50/60 Hz ulaz. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.42. | Display port ili HDMI izlaz. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.43. | Min. 2 USB priključka koja podržavaju USB 3.0 standard. | Izjava+katalog(postoji u katalogu ali nije označeno) | Izjava | |
| 1.44. | Mogućnost uvoza i izvoza podataka sa i na CD/DVD, USB, putem Ethernet. | Izjava+katalog(postoji u katalogu ali nije označeno) | Izjava+katalog | |
| 1.45. | Crno bijeli termalni printer širine papira min. 110 mm. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.46. | Integrirana baterija za transportni način rada: mora omogućavati izvor energije min. 40 minuta rada u transportnom modu. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.47. | Vrijeme podizanja iz transportnog načina do pune spremnosti za rad maks. 30s. | Izjava+katalog | Izjava+katalog | |
| 1.48. | Multifrekventna konveksna sonda, frekvencijskog raspona od 1 MHz do 5 MHz ili više, izrađena u single crystal tehnologiji, sa min. 160 kristalnih elemenata, vidnog polja od min. 70°, sa podržanim modovima - HPRF, Power Doppler, Color Doppler, Tissue Harmonic. Podržava rad sa kontrastima i "Shear wave" elastografiju (Point kvantifikaciju i Shear Wave elastografiju u stvarnom vremenu); podržava rad s programom za bolju vizualizaciju igle. | Izjava+katalog (djelomično u katalogu) | Izjava+katalog (djelomično u katalogu) | |
| 1.49. | Multifrekventna linearna sonda opsega frekvencije od 4 do 15 MHz ili više, izrađena u "single crystal" tehnologiji koja koristi više redova kristala s elevacijskim fokusiranjem. Otvor ravnine skeniranja min. 50 mm, min. 256 kristalnih elemenata. Podržava: 2D, kolor Doppler, PW Doppler, Power Doppler, "Shear Wave" elastografiju s "color coded" prikazom u stvarnom vremenu i kontrastne pretrage. | Izjava+katalog (djelomično u katalogu) | Izjava+katalog (djelomično u katalogu) | |
| 1.50. | Multifrekventna linearna sonda min. frekvencijskog raspona 3 do 11 MHz ili više, otvor ravnine skeniranja maks. 39 mm. Min. 160 kristalnih elemenata. | Izjava+katalog (djelomično u katalogu) | Izjava+katalog (djelomično u katalogu) | |
| 2. | Obvezno dostupne nadogradnje | | | |

| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 2.1. | Mogućnost nadogradnje programom za fuziju CT, MRI DICOM podacima sa živom slikom ultrazvuka (sa mogućnošću automatskog preklapanja prema anatomske markerima) i navigaciju za izvođenje terapeutskih procedura (biopsije, ablacije, injekcije) s prikazom pozicije instrumenta na CT, MR ili PET. | Izjava | Izjava |
| 2.2. | Mogućnost nadogradnje programom koji omogućava uvoz, pregled i uporedno gledanje DICOM (CT, mamografskih, NM, MRI) podataka tijekom trajanja ultrazvučnog pregleda (na jednoj strani monitora prikaz DICOM podataka, na drugoj strani živa ultrazvučna slika). | Izjava | Izjava |
| 2.3. | Mogućnost nadogradnje programom za izvođenje kontrastnih pregleda. Podržava mikrovaskularno oslikavanje; mogućnost modulacije snage; istovremeni dvostruki prikaz slike (nativni + kontrastni prikaz). Dualni prikaz podržava simultane paralelne kalipere za mjerenja. Dostupno na svim traženim sondama. Prikaz u min. 10 obojanih mapa. Dostupno u kombinaciji s Color Dopplerom i načinom za vizualizaciju sporih i slabih protoka u tkivima (ne priznaje se Power Doppler). | Izjava | Izjava |

Stručno povjerenstvo Thalassotherapia Opatija

Uvidom u dostavljeni katalog stručno povjerenstvo uvidjelo je da ponuditelj Arbor Medical d.o.o. za ponuđeni uređaj Philips Epiq Elite ne nudi X-matриčnu konfiguraciju koju navode u katalogu na stranici br. 5 točka 1.13. označeno 7.071.744 digitalnih kanala, već uvidom u stranice kataloga br. 22, 24, 27 i 28 točke 1.48, 1.49 i 1.50 uvidjeli smo da nude ne matične sonde te smo dana 24.09.2021. zatražili pojašnjenje ponude sukladno čl 293. st. 1 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16). Traženo moraju dostaviti do 30.09.2021. godine putem EOJN RH (prilog 8).

Ponuditelj Arbor Medical d.o.o. je 24.09.2021. dostavio pojašnjenje da ponuđeni uređaj Philips Epiq Elite je u X-matrix konfiguraciji koja zadovoljava minimalni broj digitalnih procesnih kanala, prema točki 1.13. Troškovnika (prilog 9).

RAČUNSKA PROVJERA I PODACI O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA U PONUDAMA:

Objave ponude su pregledane i nemaju računskih pogrešaka.

ANALIZA VALJANIH PONUDA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR:

Kriteriji za odabir ponude:

Kriteriji za odabir je ekonomski najpovoljnija, prikladna, pravilna i prihvatljiva ponuda.

Naručitelj će između valjanih ponuda, odabrati najpovoljniju ponudu.

Odabir najpovoljnije ponude izvršit će se uspoređivanjem ponuda prema kriterijima odabira putem formula i tablica bodovanja koje su niže navedene. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja između valjanih ponuda, nakon bodovanja ostvari najveći broj bodova. U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će, sukladno članku 302. stavku 3. ZJN 2016 odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Kriteriji i relativni ponderi koji se koriste za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u ovom postupku su: Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda 80 % cjenovni kriterij i 20 % ne-cjenovni kriterij, bez PDV-a).

Kriterij za odabir ponude je **ekonomski najpovoljnija ponuda.**

| Red. br. | Kratice kriterija BB=Broj Bodova | Kriterij | Relativni ponder | Max. broj bodova |
|-----------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | BB1 | Cijena ponude | 80% | 80 |
| 2. | BB2 | Dodatne tehničke karakteristike | 10% | 10 |
| 3. | BB3 | Jamstveni rok | 10% | 10 |
| | BBn | Maksimalni broj bodova | | 100 |

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s ukupno najvećom ocjenom, dobivenom iz zbroja svih kriterija, izražena na 2 decimale.

BBn=BB1+BB2

Maksimalan broj bodova koje ponuda može ostvariti je 100 bodova.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, temeljem članka 302. stavak 3. ZJN 2016, Naručilatelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Cienovni kriterij (80%)

Predmetni kriterij određuje se temeljem cijene prihvatljive ponude, bez PDV-a, iskazane u Ponudbenom listu.

Maksimalni broj bodova: 80 bodova

Vrijednosni kriterij: najniža cijena ponude bez PDV-a ostvarit će maksimalan broj bodova.

Bodovna vrijednost ponuda drugih ponuditelja će se određivati korištenjem sljedeće formule:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponudena cijena}}{\text{Cijena ponude}} \times 80$$

IZRAČUN:

$$\text{Arbor Medical d.o.o.} = (444.900,00 : 597.600,00) \times 80 = 0,74 \times 80 = 59,20$$

$$\text{Eksa Grupa d.o.o.} = (444.900,00 : 444.900,00) \times 80 = 1 \times 80 = 80$$

Necjenovni kriterij – Dodatne tehničke karakteristike (10%)

Ponuditelj u svojoj ponudi obavezno dostavlja popunjeni obrazac: "Dodatne tehničke karakteristike (Obrazac III DON-a)", koji služe za evaluaciju necjenovnog kriterija.

Ukoliko Ponuditelj ne dostavi navedeni obrazac prilikom slanja e-ponude, Naručilatelj će njegovu ponudu rangirati na način da mu s osnove necjenovnog kriterija dodijeli 0 bodova.

Ukoliko se iz dostavljenih dokaza (tehničke dokumentacije, kataloga ili sl.) u ponudi gospodarskog subjekta – ponuditelja, ne mogu jasno i nedvojbeno iščitati dodatne tehničke karakteristike ponuđenog uređaja, Naručitelj zadržava pravo takav dokaz odbiti, te s osnove tog elementa necjenovnog kriterija dodijeliti 0 bodova.

Maksimalni broj bodova: 10 bodova

Necjenovni kriterij – Jamstveni rok (10%)

Maksimalni broj bodova: 10 bodova

Necijenovni kriterij – Ponuditelji će bodovati prema sljedećoj tablici:

| | Karakteristika | Maksimalan broj bodova | 1. Arbor Medical d.o.o. | 2. Eksa Grupa d.o.o. | |
|----|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. | Mogućnost programa za izvođenje shear wave elastografije- kvantifikacija u stvarnom vremenu, „color coded“ istovremeni prikaz mape uspješnosti paralelno s elastografskim mjerenjima na ekranu, višestruka mjerenja u jednoj regiji interesa. Mogućnost prikaza rezultata u kPa i m/s, mogućnost kalkulacije IQR. Dostupno na traženoj konveksnoj i linearnoj sondi. | 10 | + | + | |
| | | Ponuđeni jamstveni rok 2 godine | 0 | + | |
| | | Ponuđeni jamstveni rok 3 godine | 5 | | |
| | | Ponuđeni jamstveni rok 4 godine | 7 | | |
| 2. | Ponuđeni jamstveni rok 5 godina | 10 | | + | |

REZULTATI:

| KRITERIJ | Max. broj bodova | 1. Arbor Medical d.o.o. | 2. Eksa Grupa d.o.o. |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Cijena ponude | 80 | 59,20 | 80 |
| Dodatne tehničke karakteristike | 10 | 10 | 10 |
| Jamstveni rok | 10 | 0 | 10 |
| UKUPNI BROJ BODOVA: | 100 | 69,20 | 100 |

Sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016) nisu traženi ažurirani popratni dokumenti.

RANGIRANJE VALJANIH PONUDA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE:

| RBR. | NAZIV PONUDITELJA | CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | PDV | CIJENA PONUDE S PDV-om |
|------|----------------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| 1. | Eksa Grupa d.o.o. | 444.900,00 | 111.225,00 | 556.125,00 |
| 2. | Arbor Medical d.o.o. | 597.600,00 | 149.400,00 | 747.000,00 |

Temeljem članka 216 stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelji dana 29.09.2021. poziva ponuditelja Eksa grupa d.o.o. da do 04.10.2021. dostavi izjavu kojom se produjuije rok valjanosti ponude oznaka MR-15/2021 od 23.06.2021. godine do 30.11.2021.godine (prilog 10).
Naručitelj Eksa grupa d.o.o. dana 29.09.2021. izjavljuje da produjuije rok valjanosti ponude do 30.11.2021. godine (prilog 11).

PRIJEDLOG ODGOVORNOJ OSOBI NARUČITELJA ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI ODLUKE O PONIŠTENJU:

Članovi stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave predlažu donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude sa ponuditeljem čija je ponude na osnovi rezultata ponovnog pregleda i ocjene ponuda proglašena valjanom i najpovoljnijom i to sa ponuditeljem Eksa Grupa d.o.o., Domaslovečka 40, Domaslovec, 10430 Samobor, Hrvatska, OIB: 05265530355 sa ponudbenom cijenom 444.900,00 kuna.




U Opatiji, 04.10.2021. u 12:00 sati.

Sastavni dio ovog zapisnika je:

1. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda od 23.06.2021. godine
2. Rješenje Državne komisije (KLASA: UP/II-034-02/21-01/630, URBROJ: 354-01/21-9)
3. Zahtjev za upotpunjavanjem ponuda ponuditelja Arbor Medical d.o.o. i Eksa Grupa d.o.o. od 31.08.2021.
4. Upotpunjavanje ponude ponuditelja Arbor Medical d.o.o. od 02.09.2021.
5. Zahtjev ponuditelja Eksa Grupa d.o.o. za produženjem roka za upotpunjavanjem ponude od 06.09.2021.
6. Naručitelj prihvaća produženje roka za upotpunjavanjem ponude dana 06.09.2021.
7. Upotpunjavanje ponude ponuditelja Eksa Grupa d.o.o. od 13.09.2021.
8. Zahtjev za pojašnjenjem ponude Arbor Medical d.o.o. od 24.09.2021.

9. Pojašnjenje ponude Arbor Medical d.o.o. od 24.09.2021.
10. Zahtjev za produženjem roka valjanosti ponude Eksa Grupe d.o.o. od 29.09.2021.
11. Izjava ponuditelja Eksa Grupa d.o.o. o produženju roka valjanosti ponude od 24.09.2021.

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA:

1. mr.sc. Adriana Prunk Drmić, dr.med. 
2. Pero Kosovac 
3. Dean Frlan, dipl.oec. 
4. Suzana Žiganto, mag.oec. 